PHILIPS

Philips Healthcare

Emergency Care and Resuscitation -1/2-

ハートスタート AED ご使用の皆様へ

当社の医療機器の信頼性を高め、できる限り分かりやすくご使用いただくため、フィリップスはハートスタート FRx または HS1 のメンテナンスに関して、取扱説明書の情報を改めてご提示し、ご使用の皆様にご理解いただくことが重要であると判断いたしました。

ビープ音が1回鳴る場合
ハートスタート FRx または HS1 から「ピッ」というビープ音が鳴っている場合は、機器の正面にある青い i-ボタンを押してください。ご使用いただくために行っていただく対処方法を、お持ちの AED が音声で説明いたします。

ビープ音が 3 回鳴る場合
ご設置期間中のいかなる場合でも、ハートスタート FRx または HS1 から「ピッ、ピッ、ピッ」というビープ音が 3 回鳴った、あるいは鳴っている場合は、機器のご使用を中止し、現地のフィリップス販売店にご連絡ください。フィリップスによる調査を必要としている状態であることを示しています。
緊急時にご使用いただく場合には、取扱説明書に記載されている通りにエラーを解除し、通常通りに機器をご使用ください。しかしエラーが解除できた場合でも、機器が正常に動作することを確認するため、現地のフィリップス販売店にご連絡ください。

次項のイメージはビープ音が 1 回鳴る場合、またはビープ音が 3 回鳴る場合に、どのように対処するかを視覚的に提示しているものです。
併せて、フィリップスはこの操作についての追加情報を記載したウェブサイトを作成しました。AED から発せられるビープ音が 1 回鳴る場合と、ビープ音が 3 回鳴る場合の音の違いを、以下のウェブサイトにてご確認いただけます。
www.philips.com/HeartStartMaintenanceAdvisory

フィリップスの製品と、今回の対応について、皆さまがご満足いただけましたら幸いです。
本件に関するお問い合わせについては、現地のフィリップス販売店までご連絡ください。

敬具

Bob Peterhans
General Manager, AED
Philips Healthcare
Emergency Care & Resuscitation
Attachment



お使いのAEDでビープ音が鳴った場合:

◆ビープ音が3回鳴る:当社AEDコールセンターまでご連絡下さい。

◆ビープ音が1回鳴る:青の ｉ-ボタンを押して流れる音声メッセージを確認ください。